



Postbus 277	2150 AG	Nieuw-Vennep	KvK Haarlem	34148704
Haverstraat 45	2153 GD	Nieuw-Vennep	BTW nr.	NL.0770.42.700.B.01
Telefoonnummer		0252-626462	Rabobank	324562586
Faxnummer		0252-626079	Postbank	5356796
Telefoonnummer gsm		06-10506462	ING bank	67.52.60.442

### **Betreft : Weegschaal kalibratie**

#### Het verschil tussen ijken en kalibreren.

Menigeen loopt hier nog steeds mee te stoeien, wat is het verschil en wat moet ik nu met mijn weegschalen doen die ik in gebruik heb.

In beginsel gaan we er vanuit dat iedere weegschaal periodiek gekalibreerd dient te worden. Volgens de wetgeving bent u tenslotte aansprakelijk bij calamiteiten als de apparatuur bij u in gebruik niet klopt.

Het advies van Verispect, (controlerend orgaan van het ijkwezen) is dus dat men minimaal 1x per twee jaar de weegschalen laat controleren (kalibreren). Daarbij de kanttekening dat 1x per jaar een voorkeur geniet omdat dit in de praktijk onnodige reparaties helpt voorkomen.

#### Inspectie:

Elke winkel en elk bedrijf in Nederland zal daarom ongeveer eens in de vier jaar een - onaangekondigd - bezoek krijgen van een controleur van Verispect bv. Hij zal de aanwezige meetinstrumenten inspecteren en onder meer controleren:

- of het meetinstrument de juiste waarden aangeeft;
- of het meetinstrument juist staat opgesteld;
- of de verzegeling niet is verbroken;

en of het meetinstrument voldoet aan de andere voor dit instrument geldende eisen.

Als uit aanwezige stickers blijkt dat het meetinstrument recent een uitgebreide technische inspectie heeft ondergaan door een met Verispect samenwerkend bedrijf, zal de controleur meestal een minder uitgebreide inspectie uitvoeren. Uiteraard is de controlerend inspecteur bevoegd om waarschuwing en boetes uit te schrijven.

#### Ijken: wanneer wel en wanneer niet een geijkte weegschaal

De wet bepaald onder hoofdstuk 3 van meetinstrumenten, dat bij de toepassing van wettelijke regeling of andere besluiten van bestuursorganen of gerechtelijke expertise. Bij het bepalen van de massa in de medische praktijk voor het wegen van patiënten voor observatie, diagnose en medische behandeling een geijkte weegschaal vereist is.

#### Moet een geijkte weegschaal weer geijkt worden bij controle?

Nee dat is niet nodig. Anders dan kalibreren van de weegschaal tenzij er een reparatie uitgevoerd moet worden en het zegel is verbroken. Indien het zegel is verbroken, dan dient de weegschaal opnieuw te worden geijkt door een daar voor bevoegde instantie.

Uiteraard als de weegschaal een afwijking heeft gekregen wat naar voren komt tijdens het kalibratie proces, zal hier een reparatie op moeten worden uitgevoerd. Dan spreekt vanzelf dat de weegschaal opnieuw geijkt moet worden.

Wilt u weten wat dit voor u kan betekenen, schroom dan niet contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groeten,  
Dencor  
Cor Griffioen